

Regolamento (UE) 2017/988 (GPSR) – La sicurezza dei prodotti che usi ogni giorno

Hai mai pensato a come l'Europa si assicura che i prodotti che compri siano sicuri per te e la tua famiglia?

Il **Regolamento Europeo 2017/988 (GPSR)** è una delle norme che protegge i consumatori, stabilendo regole chiare per garantire che i prodotti non alimentari siano privi di rischi.

Al centro di tutto c'è l'**analisi dei rischi**, un processo che valuta attentamente ogni potenziale pericolo legato a un prodotto e decide come ridurlo al minimo. Ecco come funziona:

1. **Identificare i pericoli** – Si controlla se il prodotto può presentare rischi, come materiali tossici, parti taglienti o elementi che potrebbero causare soffocamento.
2. **Valutare il rischio** – Si stima quanto è probabile che il pericolo si verifichi e quanto potrebbe essere grave per chi utilizza il prodotto.
3. **Ridurre i rischi** – Si adottano soluzioni per renderlo più sicuro: modifiche al design, avvertenze più chiare o istruzioni dettagliate.

Alcuni prodotti, come **dispositivi medici, giocattoli o alimenti**, hanno già regole specifiche ancora più severe; quindi, il GPSR non si applica a loro (a meno di casi particolari).

Grazie a queste norme, l'UE lavora ogni giorno per **proteggere la tua salute e sicurezza**. Se vuoi approfondire, puoi consultare le linee guida ufficiali o chiedere consiglio a un esperto in normativa.

Ai sensi del **Regolamento (UE) 2023/988** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla Sicurezza Generale dei Prodotti, la sottoscritta **SANICO S.R.L.**, con sede legale in Via Turati 7, 20123 Milano (MI) - Italia, e sede operativa in Via Galileo Ferraris 37/41, 20047 Cusago (MI) - Italia, **dichiara** sotto la propria responsabilità che tutti i prodotti immessi sul mercato sono conformi alle disposizioni previste dal suddetto regolamento.

Il regolamento (UE) 2023/988 stabilisce requisiti in materia di sicurezza dei prodotti per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, e modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, abrogando la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE.

info@sanicare.it - www.sanicare.it

Persona responsabile per la conformità:

Il responsabile designato per assicurare la conformità dei prodotti di SANICO S.R.L. al Regolamento (UE) 2023/988 è:

Nome: Sig. Amet Zhabjaku

Ruolo: Amministratore Unico

Contatti aziendali:

Telefono: +39 02 90390038

Fax: +39 02 90390279

PEO: info@sanicare.it

PEC: info@pec.sanicare.it

Dati dell'azienda:

Ragione sociale: SANICO S.R.L.

Sede legale: Via Turati 7, 20123 Milano (MI) - Italia

Sede operativa: Via Galileo Ferraris 37/41, 20047 Cusago (MI) - Italia

Telefono: +39 02 90390038

Fax: +39 02 90390279

PEO: info@sanicare.it

PEC: info@pec.sanicare.it

La presente dichiarazione di conformità viene emessa sotto la piena responsabilità di SANICO S.R.L. e del Sig. Amet Zhabjaku, Amministratore Unico, e ha validità a partire dalla data di sottoscrizione.

Pulsossimetro digitale da dito per uso domiciliare – Linea SANICO

Questa analisi evidenzia i rischi supplementari non direttamente contemplati dal Regolamento (UE) 2017/745, legati all'utilizzo del dispositivo in ambito domestico da parte di utenti non esperti.

1. **Interpretazione errata dei risultati** – Il valore di saturazione rilevato è un indicatore utile, ma non è sufficiente per valutare in modo completo lo stato di salute. L'utente potrebbe ignorare sintomi importanti solo perché la saturazione è apparentemente normale. **NON BASARE LE DECISIONI SULLA SALUTE SOLO SUI**
info@sanicare.it - www.sanicare.it

DATI DEL PULSOSSIMETRO. IN PRESENZA DI MALESSERE, DISPNEA O CONFUSIONE, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO.

2. **Affidamento eccessivo al dispositivo** – Il pulsossimetro non sostituisce una valutazione medica completa né può essere usato come unico criterio per iniziare, modificare o sospendere una terapia. NON INIZIARE, MODIFICARE O INTERROMPERE FARMACI RESPIRATORI O CARDIACI SENZA PARERE MEDICO.
3. **Tecniche di misurazione scorrette** – Unghie smaltate, mani fredde, movimenti durante la misurazione o una posizione errata del dito possono portare a risultati inaccurati. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER LA CORRETTA POSIZIONE DEL DITO E LE CONDIZIONI OTTIMALI DI MISURAZIONE.
4. **Rischio di ritardo diagnostico** – In caso di peggioramento clinico graduale, l'affidamento esclusivo al pulsossimetro può portare a ritardare il ricorso al medico, soprattutto nei pazienti con patologie croniche. NON RIMANDARE UNA VALUTAZIONE CLINICA SOLO PERCHÉ I VALORI SEMBRANO NELLA NORMA. LA SATURAZIONE È SOLO UNO DEI PARAMETRI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE.
5. **Malfunzionamento o usura** – Con il tempo, le batterie possono scaricarsi o i sensori perdere precisione, con letture alterate. SOSTITUIRE LE BATTERIE QUANDO INDICATO E CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO. IN CASO DI LETTURE ANOMALE O INCOERENTI, NON FARE AFFIDAMENTO SUI RISULTATI.
6. **Uso improprio da parte di terzi** – Il dispositivo può essere usato su più persone in casa, con il rischio di diffusione di germi, specie in presenza di infezioni respiratorie. PULIRE IL SENSORE DOPO OGNI USO E NON CONDIVIDERE IL DISPOSITIVO IN CASO DI MALATTIA, A MENO DI IGIENIZZAZIONE ADEGUATA.
7. **Conservazione impropria** – Umidità, polvere o urti possono danneggiare i sensori e l'elettronica interna, compromettendo la precisione. CONSERVARE IL PULSOSSIMETRO IN UN LUOGO ASCIUTTO, PROTETTO E AL RIPARO DA FONTI DI CALORE O URTI.

31 Maggio 2025

info@sanicare.it - www.sanicare.it